Übersicht Eigenschaften Antigentests

Stand 12.4.2021. Alle Angaben ohne Gewähr

bpa servicegesellschaft

Qualitätsmerkmale:	SafeCare Saliva	Hotgen Speicheltest	GenSure	Safe Care Nasal Swab	RapidFor	nal von Minden Nadal	Lyher Antigen Test	Dediatest	Medomics
BfArM Test ID	AT199/20	AT095/21	AT045/21	AT376/21	AT507/20	AT021/20	AT011/20	AT096/20	AT244/20
Paul Ehrlich Institut	✓	X	X	✓	✓	✓	✓	X	✓
CE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Deutscher Hersteller	X	X	X	X	X	✓	X	✓	X
Testverfahren:									
Spucke/Sputum	✓	✓	✓	X	X	X	X	X	X
Mundrachen	X	X	X	X	✓	✓	✓	X	✓
Nasenrachen	X	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Nasenabstrich	X	X	✓	✓	✓	X	X	X	✓
Daten:									
Sensitivität	97,27%	96,00%	96,86%	98,50%	97,30%	97,60%	95,07%	96,50%	98,64%
Spezifizität	99,42%	99,78%	100,00%	99,45%	99,00%	99,90%	99,74%	99,50%	99,10%
Nachweis Mutation	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓